

Les différentes appellations des locaux confinés et choix du modèle de porte étanche selon MALOCHET®

Appellation des niveaux de confinement					Domaine d'application	Origine		
Modele	L1	L2	L3	L4	Laboratoire d'analyse ou de R&D	AFNOR CEN		
	SBC 40-60	SBS	ER	JG				
Modele	L1	L2	L2+	L3	Laboratoire de recherche	INSERM		
	SBC 40-60	SBS	ER	JG				
Modele	L1	L2	L3	L4	Laboratoire de recherche	CGG		
	SBC 40/60	SBS	ER	JG				
Modele	A1	A2	A3	A4	Animaleries	CGG		
	SBC 40-60	SBS	ER	JG				
Modele	S1	S2	S3	S4	Serres	CGG		
	SBC 40-60	SBS	ER	JG				
Modele	TL1	TL2	TL3		Chambres Thérapie génique	CGG		
Modele	PCL1	PCL2	PCL3	PCL4	Laboratoires de Biotechnologie	AFNOR		
	SBC 40-60	SBS	ER	JG				
Modele	P1	PCL1	PCLa1	PCLa2	PCL3	PCLa3	Recherche Animale	AFNOR
	SBC 40-60	SBS	SBS	ER	JG			
Modele	NSB1	NSB2	NSB3	NSB4	Recherche	INRA CNRS INSERM PASTEUR		
	SBC 40-60	SBS	ER	JG				